



رفرکتومتر آزمایشگاهی Benchtop Refractometer



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان
معاونت تحقیقات و فناوری
آزمایشگاه جامع تحقیقات

اطلاعات شرکت سازنده

نام شرکت سازنده: پریماتک
شماره تماس دفتر مرکزی: ۰۲۱۴۴۲۶۳۰۲۶
مسئول پشتیبانی فنی: ۰۹۳۳۱۸۰۰۷۶۷ و ۰۲۶۳۴۷۱۹۴۰۷

اطلاعات دستگاه

مدل: BPTR100
سال ساخت: ۱۳۹۸

مشخصات فنی دستگاه

سایر ویژگی ها

- محدوده اندازه گیری بریکس: ۰ تا ۱۰۰ (ضریب شکست ۱.۳۲ تا ۱.۵۳)
- دقت اندازه گیری بریکس: ۰/۱
- سرعت اندازه گیری: کمتر از ۳۰ ثانیه
- حداکثر دمای محلول: ۲۰۰ درجه سانتیگراد
- درجه حفاظت سنسور: IP67

منشور از جنس Sapphire

نرم افزار کامپیوتری BPTRLab

محلولهای استاندارد کالیبراسیون

سیستم تنظیم دمای خودکار:

Peltier Adaptive PID Controlled

اطلاعات سازمانی

مسئول فنی و تحویل گیرنده دستگاه:
دکتر محمدرضا امیریوسفی
شماره اموال: ۴۶۱ طبقه ۵

قابلیت های به کارگیری

- اندازه گیری و نمایش غلظت محلول های شفاف و غیر شفاف در آزمایشگاه های تحقیقاتی و واحدهای کنترل کیفی کارخانجات صنعتی