



روتاری اوپراتور Rotary evaporator



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور
معاونت تحقیقات و فناوری
آرایشیگاه جامع تحقیقات

اطلاعات شرکت سازنده

نام شرکت سازنده: طیف آزما طب
شماره تماس دفتر مرکزی: ۰۲۱۶۶۹۰۲۲۸۰-۲
مسئول پشتیبانی فنی: مهندس صنمی (۰۹۱۲۱۴۰۱۸۵۳)

اطلاعات دستگاه

مدل: TAT-RHT
سال ساخت: ۱۳۹۸

مشخصات فنی دستگاه

سایر ویژگی ها

دستگاه شامل یک موتور که بالن تبخیر را میچرخاند، مجرای بخار، سیستم خلأ، حمام بن ماری، مبرد، فلاسک جمع آوری حلال دوباره مایع شده و یک موتور مکانیکی برای برداشتن سریع فلاسک تبخیر از داخل حمام می باشد.

- برق دستگاه: ۲۴ ولت، DC
- دور موتور: ۰-۲۸۰ دور در دقیقه
- نمایشگر: دیجیتال لمسی
- توان مصرفی بن ماری: ۱۵۰۰ وات
- کندانسور: شیشه ای با حجم ۱ لیتر و خروجی ۰/۵ لیتر
- قابلیت استفاده کندانسور در دو حالت ۴۵ و ۹۰ درجه

اطلاعات سازمانی

مسئول فنی و تحویل گیرنده دستگاه:
دکتر محمدرضا امیریوسفی
شماره اموال: ۴۶۰ طبقه ۵

قابلیت های به کارگیری

جداسازی حلالهای آلی در واکنش های شیمیایی